ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЛОЖА ДЛЯ ИМПЛАНТОВ

ASTRA TECH Implant System™

ASTRA TECH
IMPLANT SYSTEM

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЛОЖА ДЛЯ ИМПЛАНТАТА **OsseoSpeed™ 3.0 S**



OsseoSpeed™ 3.0 S

Протокол для стандартной кости



Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 2.7 | OsseoSpeed™ TX 3.0 S 13 мм

Дополнительная фреза

В качестве дополнительного шага при препарировании ложа, можно использовать Пилотную Фрезу

Ø 2.0/2.7 мм

Протокол для мягкой кости



Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 2.7 | OsseoSpeed™ TX 3.0 S 13 мм

Протокол для плотной кости



Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 2.7 | **Кортикальная фреза** 2.7/3.0 | **Твист фреза** 2.85 | OsseoSpeed™ TX 3.0 S 13 мм

= Препарирование только в пределах кортикальной кости

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM



OsseoSpeed™ 3.5 S

Протокол для стандартной кости



Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 3.2 | OsseoSpeed™ TX 3.5 S 13 мм

Дополнительная фреза

В качестве дополнительного шага при препарировании ложа, можно использовать Пилотную Фрезу

∅ 2.0/3.2 мм

Протокол для мягкой кости

Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 2.7 | **Твист фреза** 3.2 | OsseoSpeed™ TX 3.5 S 13 мм

Протокол для плотной кости



Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 3.2 | **Кортикальная фреза** 3.2/3.5 | **Твист фреза** 3.35 | OsseoSpeed™ TX 3.5 S 13 мм

= Препарирование только в пределах кортикальной кости

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM



OsseoSpeed™ 4.0 S

Протокол для стандартной кости



Направляющая фреза	Твист фреза 2.0	Твист фреза 3.2	Твист фреза 3.7	OsseoSpeed™ TX 4.0 S 13 мм

Дополнительные фрезы

В качестве дополнительного шага при препарировании ложа, можно использовать Пилотные Фрезы

Ø 2.0/3.2 мм
Ø 3.2/3.7 мм

Протокол для мягкой кости



Направляющая фреза	Твист фреза 2.0	Твист фреза 3.2	Твист фреза 3.7	OsseoSpeed™ TX 4.0 S 13 мм

Протокол для плотной кости



Направляющая фреза	Твист фреза 2.0	Твист фреза 3.2	Твист фреза 3.7	Кортикальная фреза 3.7/4.0	Твист фреза 3.85	OsseoSpeed™ TX 4.0 S 13 мм

= Препарирование только в пределах кортикальной кости

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM



OsseoSpeed™ 4.0 S – 6 mm

Для удобства используйте специальные одноразовые фрезы

Протокол для стандартной кости



Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 3.2 | **Твист фреза** 3.7 | OsseoSpeed™ TX 4.0 S 6 мм

Дополнительная фреза

В качестве дополнительного шага при препарировании ложа, можно использовать Пилотную Фрезу

Ø 2.0/3.2 мм

Протокол для мягкой кости

Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 3.2 | **Твист фреза** 3.7 | OsseoSpeed™ TX 4.0 S 6 мм

Протокол для плотной кости



Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 3.2 | **Твист фреза** 3.7 | **Кортикальная фреза** 3.7/4.0 | **Твист фреза** 3.85 | OsseoSpeed™ TX 4.0 S 6 мм

= Препарирование только в пределах кортикальной кости

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM



OsseoSpeed™ 4.5

Протокол для стандартной кости



Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 3.2 | **Коническая фреза** 3.2/4.5 | OsseoSpeed™ TX 4.5 13 мм

Дополнительная фреза

В качестве дополнительного шага при препарировании ложа, можно использовать Пилотную Фрезу

∅ 2.0/3.2 мм

Протокол для мягкой кости

Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 2.7 | **Коническая фреза** 2.7/4.5 | OsseoSpeed™ TX 4.5 13 мм

Протокол для плотной кости



Направляющая фреза | **Твист фреза** 2.0 | **Твист фреза** 3.2 | **Коническая фреза** 3.2/4.5 | **Твист фреза** 3.35 | OsseoSpeed™ TX 4.5 13 мм

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM



OsseoSpeed™ 5.0

Протокол для стандартной кости



Направляющая фреза	**Твист фреза** 2.0	**Твист фреза** 3.2	**Твист фреза** 3.7	**Коническая фреза** 3.7/5.0	OsseoSpeed™ TX 5.0 13 мм

Дополнительные фрезы



В качестве дополнительного шага при препарировании ложа, можно использовать Пилотные Фрезы

Ø 2.0/3.2 мм
Ø 3.2/3.7 мм

Протокол для мягкой кости

Направляющая фреза	**Твист фреза** 2.0	**Твист фреза** 3.2	**Коническая фреза** 3.2/5.0	OsseoSpeed™ TX 5.0 13 мм

Протокол для плотной кости



Направляющая фреза	**Твист фреза** 2.0	**Твист фреза** 3.2	**Твист фреза** 3.7	**Коническая фреза** 3.7/5.0	**Твист фреза** 3.85	OsseoSpeed™ TX 5.0 13 мм

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM



OsseoSpeed™ 5.0 S

Протокол для стандартной кости



Направляющая фреза	Твист фреза 2.0	Твист фреза 3.2	Твист фреза 3.7	Твист фреза 4.2	Твист фреза 4.7	OsseoSpeed™ TX 5.0 S 13 мм

Дополнительные фрезы

В качестве дополнительного шага при препарировании ложа, можно использовать Пилотные Фрезы
Ø 2.0/3.2 мм
Ø 3.2/3.7 мм
Ø 3.7/4.2 мм

Протокол для мягкой кости



Направляющая фреза	Твист фреза 2.0	Твист фреза 3.2	Твист фреза 3.7	Твист фреза 4.2	Твист фреза 4.7	OsseoSpeed™ TX 5.0 S 13 мм

Протокол для плотной кости

Направляющая фреза	Твист фреза 2.0	Твист фреза 3.2	Твист фреза 3.7	Твист фреза 4.2	Твист фреза 4.7	Кортикальная фреза 4.7/5.0	Твист фреза 4.85	OsseoSpeed™ TX 5.0 S 13 мм

= Препарирование только в пределах кортикальной кости

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM

Хирургический набор – Расположение многоразовых фрез и инструментов



ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM

BioManagement Complex™

Успешная система имплантатов не может считаться таковой благодаря только одному выдающемуся свойству. Как и в природе, для получения конкурентного превосходства требуется комплекс свойств, действующих вместе. Система имплантатов ASTRA TECH Implant System™ отличается следующим набором ключевых особенностей:

- **OsseoSpeed™** — больше кости еще быстрее
- **MicroThread™** — биомеханическая стимуляция кости
- **Conical Seal Design™** — прочная и стабильная фиксация
- **Connective Contour™** — увеличение контактной зоны и объема мягких тканей



DENTSPLY IMPLANTS

www.dentsplyimplants.com